

| Riesgos Laborales | PUESTO DE TRABAJO EVALUADO | Familia Profesional |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Electrocuación por contacto directo • Exposición a contaminantes biológicos • Exposición a Sustancias nocivas o tóxicas • Golpes |  |  |
| Medidas antes de trabajar | DEFIBRILADOR AUTOMÁTICO (DEA) | TALLER EMERGENCIAS |
| Medidas preventivas y correctivas durante el trabajo | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Comprobar los dispositivos de seguridad y el buen estado de la máquina. • Verificar el estado de las baterías y si están cargadas. • Asegurar el distanciamiento óptimo con el paciente y la máquina • Verificar que la zona es segura • Comprobar que los Epis están en buen estado | <ul style="list-style-type: none"> • Comprobar el estado del paciente y verificar que su posición es la correcta • Encender y conectar los electrodos al tórax de la víctima. • Asegurarse de que nadie toca a la víctima mientras el DEA realiza el análisis del ritmo • Colocar los parches según el siguiente procedimiento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Uno colocarlo debajo de la clavícula, en el lado superior derecho del pecho de la persona, y el otro bajo los pectorales o en el pecho, en el lado izquierdo, un poco hacia el costado, en el corazón. ✓ Si la persona cuenta con piercing, los parches deben colocarse manteniendo una distancia de 2,5 centímetros de los mismos. ✓ A continuación, presionar el botón de análisis del DEA para que analice el ritmo cardiaco del paciente. ✓ Después del análisis, el DEA indicará si la víctima necesita descargas o no, o si se deben seguir realizándose maniobras de RCP hasta que llegue el equipo de emergencias. • Seguir las órdenes del DEA hasta que llegue la ayuda especializada o la víctima empiece a respirar • Cumplir estrictamente las normas de higiene personal • Realizar una adecuada limpieza y desinfección de la máquina • Información y formación • Correcta utilización de los EPIs | |
| Normativa que aplicar | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Manual del fabricante • Ley de prevención de riesgos laborales • RD 1215/1997, sobre riesgos laborales de equipos de trabajo • RD 1591/2009 de productos sanitarios sobre respiradores autónomos. • RD 4/2018 sobre los DESA. | | |
| EPI's | | CICLO FORMATIVO |
|  | | Realizado por los alumnos de 1º del Ciclo Formativo de Emergencias Sanitarias |