






FICHA DE SEGURIDAD



@aulaspreventiva

Riesgos Laborales	PUESTO O EQUIPO DE TRABAJO EVALUADO	Familia Profesional
<ul style="list-style-type: none"> • Contacto eléctrico • Explosiones • Inhalación de polvo de revestimiento o yeso • Posición inadecuada 		
Medidas antes de trabajar	ESPATULADORA	TALLER PRÓTESIS DENTAL
<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que la presión de vacío es la adecuada. • Comprobar que la máquina está situada en una superficie lisa y libre de humedad • Verificar que la tensión eléctrica es la adecuada. • Comprobar que los componentes del equipo están perfectamente posicionados. • Utilizar los Epi's adecuados 	Medidas preventivas y correctivas durante el trabajo	
<p>Normativa que aplicar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual del fabricante • Directiva 80/1107/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1980. • LPRL • RD 1215/1997, sobre riesgos laborales de equipos de trabajo • RD 374/2001, de agentes químicos • ISO 45001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. • ISO 31000: Sistema de Gestión de Riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguir las instrucciones de uso del fabricante • Comprobar que la máquina funciona correctamente • Evitar la humedad cerca de la corriente eléctrica • Realizar el mantenimiento preventivo del equipo y sus componentes • Revisar el sistema de ventilación. • Trabajar en superficies adecuadas • Limpiar el equipo y sus componentes con productos no inflamables, corrosivos o tóxicos • Evitar distracciones durante el uso de la máquina • Cumplir el plan de riesgos de residuos específicos. • Evitar desprender polvo. • Seguir los procedimientos normalizados de trabajo. • No usar el equipo sin la formación adecuada • Realizar el trabajo adoptando posturas ergonómicas • Tener orden y limpieza • Utilizar los equipos de protección individual necesarios y obligatorios • Información y formación 	
EPI's		CICLO FORMATIVO
		<p>Realizado por los alumnos de 1º del CFGS de Prótesis Dental</p>